INSPECTION CERTIFICATE

検査成績表

Model：
型式 DST-500N

Serial No：
製造番号 ○○○○○○

Capacity：
容量 500N × 0.1N

Accuracy
精度 +/- 0.2 % OF FULL SCALE +/- 1digit

Conditions：
測定環境 （温度 23 ℃ Temperature：

Humidity：
湿度 40 %） 引張

Date of inspection：
検査年月日 ○○○○/○○/○○

Tested by：
検査 ○○ ○○

Ref standard 標準	Reading 実測値	Ref standard 標準	Reading 実測値	Ref standard 標準	Reading 実測値
0.0	0.0	350.0	350.0		
50.0	50.0	400.0	400.0		
100.0	100.0	450.0	450.0		
150.0	150.0	500.0	500.0		
200.0	200.0				
250.0	250.0				
300.0	300.0				

SAMPLE

We certify that this instrument has been tested according to company procedure.

本製品は、当社社内規格に基づき諸検査を行いました。

Pass 合格 ・ Fail 不合格

IMADA
株式会社イマダ